8300 // SUPREME NITRILE

Einmalhandschuhe

PSA Risikokategorie III | Medizinprodukt Klasse I



Mikrogeraute Oberfläche

Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren

Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel

AQL 1,5 | NI | EN 455

VERSION 1.4.36 | 260715

MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE299692222

+49 2272 401 111 info@nitras-medical.com www.nitras-medical.com

8300 // SUPREME NITRILE

Material:	Nitril, blau
Beschichtung:	-
Größe(n):	S-2XL
Verpackungseinheit:	10 Stück
Zertifizierung:	EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 421

NITRAS SUPREME NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hergestellt nach EN 455, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), medizinische Handschuhe, mikrogeraute Oberfläche, Farbleitsystem für Größen, AQL 1,5, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, besonders robust und widerstandsfähig, Medizinprodukte Klasse I, PSA-Risikokategorie III, Box à 100 Stück

ISO 374-1/Type B JKT | ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 21420 | EN 421:2010

AQL 1,5 | NI | EN 455

Branchen

- Food Edition

Vorteile

- \+ Mikrogeraute Oberfläche
- \+ Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren
- \+ Schutz gegen radioaktive Kontamination durch feste Partikel



Weitere Bilder





MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE299692222
+49 2272 401 111 info@nitras-medical.com www.nitras-medical.com

Leistungswerte

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKT	J - n-Heptan	1-6	2 (> 30)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	5 (> 240)

EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden

EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

EN 421:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
			

MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE299692222

+49 2272 401 111 info@nitras-medical.com www.nitras-medical.com

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	blau
Zeigefinger und Daumen	Nitril	blau
Handrücken	Nitril	blau
Fingerspitzen	Nitril	blau
Stulpe / Strickbund	Nitril	blau

Materialstärke

Finger	0,12 mm
Innenhand	0,10 mm
Stulpe	0,08 mm

Größe	Länge (mm)	Breite Handfläche (mm)
S	240	84
M	240	94
L	240	105
XL	240	113
2XL	240	123

Eigenschaften	Vor dem Altern	Nach dem Altern
Reißdehnung	500%	400%
Reißfestigkeit	14 MPa	14 MPa

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
S	4059904089846	4059904089891	0,33 m	0,26 m	0,24 m	5,63 kg	72
M	4059904089853	4059904089907	0,33 m	0,26 m	0,24 m	5,69 kg	72
L	4059904089860	4059904089914	0,33 m	0,26 m	0,24 m	6,07 kg	72
XL	4059904089877	4059904089921	0,33 m	0,26 m	0,24 m	6,41 kg	72
2XL	4059904164536	4059904164543	0,33 m	0,26 m	0,24 m	7,6 kg	80

Zolltarifnummer: 40151200000
Ursprungsland: Malaysia

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

VERSION 1.4.36 | 260715